



RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC
(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)

SAL: BACITRACINA DISCO COM 10 UI (BAC 10)

LOTE: 2695BAC FABRICAÇÃO: 07/18 VALIDADE: 07/20

TESTE QUALITATIVO

	Valor obtido	Valor Esperado
Staphylococcus aureus ATCC 25923	20,5 mm	(17 - 22 mm)
Homogeneidade: de acordo	1,0 mm	≤ 2,5 mm

Informações adicionais:

- Utilizou-se meio Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 7363834 com validade em 31/03/2020.
- Manter os discos de Bacitracina em entre -20°C a +8°C. Utilizar no máximo em 30 dias após a abertura do frasco. Proteger da luz e umidade.

Araçatuba, 19 de Julho de 2018.

CONTROLE DE QUALIDADE
Karina de Campos Salles – CRBM 12001