

**RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC**  
**(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)**

SAL: CEFOXITINA DISCO COM 30 ug (CFO 30 )

LOTE: 2700CFO

FABRICAÇÃO: 07/18

VALIDADE: 07/20

**TESTE QUALITATIVO**

	Valor obtido	Valor Esperado
Staphylococcus aureus ATCC 25923	29,0 mm	(23 – 29 mm )
Escherichia coli ATCC 25922	29,0 mm	(23 – 29 mm )
Homogeneidade: de acordo	0,5 mm	≤ 2,5 mm

**Informações Adicionais:**

Utilizou-se meio Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 7363834 com validade em 31/03/2020.

Manter os discos de CEFOXITINA entre -20°C a +8°C. Utilizar no máximo em 30 dias após a abertura do frasco. Proteger da luz e umidade.

Araçatuba, 10 de Agosto de 2018.



CONTROLE DE QUALIDADE  
Karina de Campos Salles – CRBM 12001