

RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC
(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)

SAL: LINEZOLIDA DISCO COM 10 ug (LNZ 10)

LOTE: 2705LNZE FABRICAÇÃO: 09/18 VALIDADE: 09/20

TESTE QUALITATIVO

		Valor obtido	Valor Esperado	Alvo
Staphylococcus aureus	ATCC 29213	25,5 mm	(21 – 27 mm)	24,0 mm
Enterococcus faecalis	ATCC 29212	24,0 mm	(19 – 25 mm)	22,0 mm
Streptococcus pneumoniae	ATCC 49619	29,0 mm	(23 – 29 mm)	26,0 mm
Homogeneidade: de acordo		0,5 mm	≤ 2,5 mm	

Informações Adicionais:

- Utilizou-se Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 7363834 com validade em 31/03/2020.
- Manter os discos de Linezolidina armazenados entre -20°C a +8°C. Utilizar no máximo em 30 dias após a abertura do frasco. Proteger da luz e umidade.

Araçatuba, 20 de Setembro de 2018.



CONTROLE DE QUALIDADE
Karina de Campos Salles – CRBM 12001