

RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC
(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)

SAL: ERTAPENEM DISCO COM 10 ug (ERT 10)

LOTE: 2706ERT FABRICAÇÃO: 09/18 VALIDADE: 09/20

TESTE QUALITATIVO

	Valor obtido	Valor Esperado
Staphylococcus aureus ATCC 25923	30,0 mm	(24 - 31 mm)
Escherichia coli ATCC 25922	36,0 mm	(29 - 36 mm)
Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853	19,5 mm	(13 – 21 mm)
Homogeneidade: de acordo	1,5 mm	≤ 2,5 mm

- Informações adicionais:

Utilizou-se meio Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 7363834 com validade em 31/03/2020.

Manter os discos de Ertapenem armazenados entre -20°C a +8°C. Utilizar no máximo em 30 dias após a abertura do frasco. Proteger da luz e umidade.

Araçatuba, 20 de Setembro de 2018.



CONTROLE DE QUALIDADE
Karina de Campos Salles – CRBM 12001