

RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC
(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)

SAL: CLARITROMICINA DISCO COM 15 ug (CLA 15)

LOTE: 2709CLA

FABRICAÇÃO: 09/18

VALIDADE: 09/20

TESTE QUALITATIVO

	Valor obtido	Valor Esperado
Staphylococcus aureus ATCC 25923	32,0 mm	(26 - 32 mm)
Homogeneidade: de acordo	0,5 mm	≤ 2,5 mm

Informações adicionais:

Utilizou-se meio Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 7363834 com validade em 31/03/2020.

Manter os discos de Claritromicina entre -20° C a +8° C. Utilizar no máximo em 30 dias após a abertura do frasco.
Proteger da luz e umidade.

Araçatuba, 22 de Setembro de 2018.



CONTROLE DE QUALIDADE – DME
KARINA DE CAMPOS SALLES – CRBM 12001