

RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC
(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)

SAL: CEFOTAXIMA DISCO COM 30 ug (CTX 30)

LOTE: 2714CTX FABRICAÇÃO: 09/18 VALIDADE: 09/20

TESTE QUALITATIVO

	Valor obtido	Valor Esperado
Staphylococcus aureus ATCC 25923	28,0 mm	(25 – 31 mm)
Escherichia coli ATCC 25922	34,0 mm	(29 – 35 mm)
Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853	21,5 mm	(18 – 22 mm)
Homogeneidade: de acordo	1,0 mm	≤ 2,5 mm

Informações Adicionais:

- **Meio utilizado** - Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 7363834 com validade em 31/03/2020.
- Manter os discos de Cefotaxima entre -20°C a +8°C. Utilizar no máximo em 30 dias após a abertura do frasco. Proteger da luz e umidade.

Araçatuba, 05 de Outubro de 2018.



CONTROLE DE QUALIDADE
KARINA DE CAMPOS SALLES – CRBM 12001