

RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC
(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)

SAL: AZTREONAM DISCO COM 30 ug (ATM 30)

LOTE: 2723ATM FABRICAÇÃO: 10/18 VALIDADE: 10/20

TESTE QUALITATIVO

	Valor obtido	Valor Esperado
Escherichia coli ATCC 25922	35,0 mm	(28 – 36 mm)
Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853	29,0 mm	(23 – 29 mm)
Escherichia coli ATCC 35218	35,0 mm	(31 – 38 mm)
Homogeneidade: de acordo	1,0 mm	≤ 2,5 mm

- **Informações Adicionais:**

Utilizou-se meio Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 8058570 com validade em 30/06/2020.

Manter os discos de AZTREONAM entre -20°C a +8°C. Utilizar no máximo em 30 dias após a abertura do frasco. Proteger da luz e umidade.

Araçatuba, 31 de Outubro de 2018.



CONTROLE DE QUALIDADE
Karina de Campos Salles – CRBM 12001