

**RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC**  
**(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)**

SAL: CEFAZOLINA    DISCO COM 30 mcg    (CFZ 30)

LOTE: 2725CFZ    FABRICAÇÃO: 10/18    VALIDADE: 10/20

**TESTE QUALITATIVO**

	Valor obtido	Valor Esperado
Staphylococcus aureus ATCC 25923	33,0 mm	( 29 – 35 mm )
Escherichia coli ATCC 25922	26,0 mm	( 21 – 27 mm )
Homogeneidade: de acordo	1,0 mm	≤ 2,5 mm

**Informações Adicionais:**

Utilizou-se meio Mueller Hinton Agar – DIFCO, 8058570 com validade em 30/06/2020.

Manter os discos de Cefazolina entre -20°C a +8°C. Utilizar no máximo em 30 dias após a abertura do frasco. Proteger da luz e umidade.

Araçatuba, 10 de Novembro de 2018.

CONTROLE DE QUALIDADE  
KARINA DE CAMPOS SALLES – CRBM 12001