

RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC
(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)

SAL: LINEZOLIDA DISCO COM 30 ug (LNZ 30)

LOTE: 2728LNZ FABRICAÇÃO: 11/18 VALIDADE: 11/20

TESTE QUALITATIVO

	Valor obtido	Valor Esperado
Staphylococcus aureus ATCC 25923	31,0 mm	(25 - 32 mm)
Homogeneidade: de acordo	1,0 mm	≤ 2,5 mm

Informações Adicionais:

- Utilizou-se Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 8092812 com validade em 30/06/2020.
- Manter os discos de Linezolida armazenados entre -20°C a +8°C. Utilizar no máximo em 30 dias após a abertura do frasco. Proteger da luz e umidade.

Araçatuba, 23 de Novembro de 2018.



CONTROLE DE QUALIDADE
Eudorides Pacheco Júnior – CRF/SP 5983