

RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC
(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)

SAL: NORFLOXACINA DISCO COM 10 ug (NOR 10)

LOTE: 2734NOR FABRICAÇÃO: 12/18 VALIDADE: 12/20

TESTE QUALITATIVO

	Valor obtido	Valor Esperado
Staphylococcus aureus ATCC 25923	26,0 mm	(17 – 28 mm)
Escherichia coli ATCC 25922	35,0 mm	(28 – 35 mm)
Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853	28,0 mm	(22 – 29 mm)
Homogeneidade: de acordo	1,0 mm	≤ 2,5 mm

- Informações adicionais:

Utilizou-se meio Muller Hinton Agar - DIFCO, lote 8092812 com validade em 30/06/2020.

Manter os discos de NORFLOXACINA entre -20°C a +8°C. Utilizar no máximo em 30 dias após a abertura do frasco. Proteger da luz e umidade.

Araçatuba, 13 de Dezembro de 2018.



CONTROLE DE QUALIDADE
Karina de Campos Salles – CRBM 12001