



RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC
(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)

SAL: NITROFURANTOÍNA DISCO COM 300 ug (NIT 300)

LOTE: 2739NIT FABRICAÇÃO: 12/18 VALIDADE: 12/20

TESTE QUALITATIVO

	Valor obtido	Valor Esperado
Staphylococcus aureus ATCC 25923	20,5 mm	(18 – 22 mm)
Escherichia coli ATCC 25922	24,0 mm	(20 – 25 mm)
Homogeneidade: de acordo	1,5 mm	≤ 2,5 mm

- Informações adicionais:

Utilizou-se meio Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 8092812 com validade em 30/06/2020.

Manter os discos de NITROFURANTOINA entre -20° a +8°C. Utilizar no máximo em 30 dias após a abertura do frasco. Proteger da luz e umidade.

Araçatuba, 10 de Janeiro de 2019.

CONTROLE DE QUALIDADE
Karina de Campos Salles – CRBM 12001