

RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC
(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)

SAL: PENICILINA G DISCO COM 1 UI (PEN 01)

LOTE: 2742PENE FABRICAÇÃO: 01/19 VALIDADE: 01/21

TESTE QUALITATIVO

	Valor obtido	Valor Esperado	Alvo
Staphylococcus aureus ATCC 29213	16,0 mm	(12 - 18 mm)	15,0 mm
Streptococcus pneumoniae ATCC 49619	20,0 mm	(16 – 22 mm)	19,0 mm
Homogeneidade: de acordo	0,5 mm	≤ 2,5 mm	

Informações Adicionais:

- Utilizou-se Mueller Hinton Agar –DIFCO, lote 8092812 com validade em 30/06/2020.
- Manter os discos de PENICILINA G entre -20°C a +8°C. Utilizar no máximo em 30 dias após a abertura do frasco. Proteger da luz e umidade.

Araçatuba, 06 de Fevereiro de 2019.

CONTROLE DE QUALIDADE
Karina de Campos Salles – CRBM 12001