

RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC
(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)

SAL: CIPROFLOXACINA DISCO COM 05 mcg (CIP 05)

LOTE: 2744CIP

FABRICAÇÃO: 01/19

VALIDADE: 01/21

TESTE QUALITATIVO

	Valor obtido	Valor Esperado
Staphylococcus aureus ATCC 25923	28,0 mm	(22 – 30 mm)
Escherichia coli ATCC 25922	37,0 mm	(29 – 37 mm)
Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853	32,0 mm	(25 – 33 mm)
Homogeneidade: de acordo	0,5 mm	≤ 2,5 mm

- Informações Adicionais:

Utilizou-se meio Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 8092812 com validade em 30/06/2020.

Manter os discos de CIPROFLOXACINA entre -20°C a +8°C. Utilizar no máximo em 30 dias após a abertura do frasco. Proteger da luz e umidade.

Araçatuba, 06 de Fevereiro de 2019.



CONTROLE DE QUALIDADE
Karina de Campos Salles – CRBM 12001