

**RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC**  
**(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)**

NITROFURANTOÍNA DISCO COM 100 ug (NIT 100)

LOTE: 2869NITE

FABRICAÇÃO: 05/20

VALIDADE: 05/22

**TESTE QUALITATIVO**

		Valor obtido	Valor Esperado	Alvo
Staphylococcus aureus	ATCC 29213	21,0 mm	( 17 – 23 mm )	20,0 mm
Escherichia coli	ATCC 25922	23,0 mm	( 17 – 23 mm )	20,0 mm
Enterococcus faecalis	ATCC 29212	23,0 mm	( 18 – 24 mm )	21,0 mm
Streptococcus pneumoniae	ATCC 49619	28,0 mm	( 25 – 31 mm )	28,0 mm
Homogeneidade: de acordo		1,0 mm	≤ 2,5 mm	

**- Informações adicionais:**

Utilizou-se meio Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 9224870 com validade em 30/09/2021.

Manter os discos de NITROFURANTOINA entre -20°C a +8°C. Utilizar no máximo em 30 dias após a abertura do frasco. Proteger da luz e umidade.

Valores de referência baseados no BrCAST 2019.

Araçatuba, 15 de maio de 2020.



CONTROLE DE QUALIDADE  
Karina de Campos Salles – CRBM 12001