

RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC
(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)

AMPICILINA DISCO COM 2 ug (AMP 02)

LOTE: 2876AMPE FABRICAÇÃO: 05/20 VALIDADE: 05/22

TESTE QUALITATIVO

		Valor obtido	Valor Esperado	Alvo
Staphylococcus aureus	ATCC 29213	20,5 mm	(15 – 21 mm)	18,0 mm
Enterococcus faecalis	ATCC 29212	21,0 mm	(15 – 21 mm)	18,0 mm
Streptococcus pneumoniae	ATCC 49619	29,0 mm	(25 – 31 mm)	28,0 mm

Homogeneidade: de acordo 0,5 mm \leq 2,5 mm**Informações Adicionais:**

- **Meio utilizado** - Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 9224870 com validade em 30/09/2021.

- Manter os discos de AMPICILINA em refrigeração de -20°C a +8°C. Utilizar no máximo em 30 dias após a abertura do frasco. Proteger da luz e umidade.

Valores de referência baseados no BrCAST 2019.

Araçatuba, 16 de junho de 2020.



Controle de Qualidade - DME
Karina de Campos Salles – CRBM 12001