

RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC
(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)

AMICACINA - AMI 30, DISCO COM 30 ug .

LOTE: 2885AMI

FABRICAÇÃO: 06/20

VALIDADE: 06/22

TESTE QUALITATIVO

| | | Valor obtido | Valor Esperado |
|--------------------------|------------|--------------|----------------|
| Staphylococcus aureus | ATCC 25923 | 26,0 mm | (20 – 26 mm) |
| Staphylococcus aureus | ATCC 29213 | 24,0 mm | (18 – 24 mm) |
| Escherichia coli | ATCC 25922 | 26,0 mm | (19 – 26 mm) |
| Pseudomonas aeruginosa | ATCC 27853 | 26,0 mm | (18 – 26 mm) |
| Homogeneidade: de acordo | | 1,0 mm | ≤ 2,5 mm |

Informações Adicionais:

- **Meio utilizado** - Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 9224870 com validade em 30/09/2021.

- Manter os discos de AMICACINA entre -20°C a +8°C. Utilizar no máximo em 30 dias após a abertura do frasco. Proteger da luz e umidade.

Araçatuba, 10 de julho de 2020.

Controle de Qualidade - DME
Karina de Campos Salles – CRBM 12001