

**FICHA DE ANÁLISE: ACLED-A10118****DATA 01/02/2018**

**PRODUTO DME: CLED AGAR**  
**LOTE: ACLED-A10118**  
**FABRICAÇÃO: 01/18**  
**VALIDADE: 01/20**

**ANÁLISE/ESPECIFICAÇÃO**  
**PH: 7.3 +/-0,2 A 25°C**

**RESULTADOS**  
**7,41**

**ESTERILIDADE: AUSÊNCIA DE**  
**CRESCIMENTO APÓS 7 DIAS**  
**DE QUARENTENA E 48H DE**  
**INCUBAÇÃO A TEMPERATURA**  
**35°C+/-2°C.**

**DE ACORDO**

**TESTE DE PROMOÇÃO DE CRESCIMENTO A 35°C DURANTE 24-48 HORAS:**

<i>Escherichia coli</i>	ATCC 25922	<b>CRESCIMENTO EXCELENTE</b>
<i>Staphylococcus aureus</i>	ATCC 25923	<b>CRESCIMENTO EXCELENTE</b>
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	ATCC 27853	<b>CRESCIMENTO EXCELENTE</b>

**CONCLUSÃO: PRODUTO APROVADO PARA USO EM LABORATÓRIO**



**KARINA DE CAMPOS SALLES – CRBM 12001**  
**Controle de qualidade - DME**