

**FICHA DE ANÁLISE: ACLED-A10320****DATA 23/03/2020**

**PRODUTO DME: CLED AGAR – 20ML**  
**LOTE: ACLED-A10320**  
**FABRICAÇÃO: 03/20**  
**VALIDADE: 03/22**

**ANÁLISE/ESPECIFICAÇÃO**  
**PH: 7.3 +/-0,2 A 25°C**

**RESULTADOS**  
**7,33**

**ESTERILIDADE: AUSÊNCIA DE**  
**CRESCIMENTO APÓS 14 DIAS**  
**DE QUARENTENA E 48H DE**  
**INCUBAÇÃO A TEMPERATURA**  
**35°C+/-2°C.**

**DE ACORDO**

**TESTE DE PROMOÇÃO DE CRESCIMENTO A 35°C DURANTE 24-48 HORAS:**

<i>Escherichia coli</i>	ATCC 25922	<b>CRESCIMENTO EXCELENTE</b>
<i>Staphylococcus aureus</i>	ATCC 25923	<b>CRESCIMENTO EXCELENTE</b>
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	ATCC 27853	<b>CRESCIMENTO EXCELENTE</b>

**CONCLUSÃO: PRODUTO APROVADO PARA USO EM LABORATÓRIO**



**Controle de qualidade - DME**  
**Karina De Campos Salles – CRBM 12001**