



FICHA DE ANÁLISE: ACLED-B10917

DATA 14/09/2017

PRODUTO DME: CLED AGAR
LOTE: ACLED-B10917
FABRICAÇÃO: 09/17
VALIDADE: 09/19

ANÁLISE/ESPECIFICAÇÃO
PH: 7.3 +/-0,2 A 25°C

RESULTADOS
7,42

ESTERILIDADE: AUSÊNCIA DE
CRESCIMENTO APÓS 14 DIAS
DE QUARENTENA E 48H DE
INCUBAÇÃO A TEMPERATURA
35°C+/-2°C.

DE ACORDO

TESTE DE PROMOÇÃO DE CRESCIMENTO A 35°C DURANTE 24-48 HORAS:

| | | |
|-------------------------------|------------|------------------------------|
| <i>Staphylococcus aureus</i> | ATCC 25923 | CRESCIMENTO EXCELENTE |
| <i>Escherichia coli</i> | ATCC 25922 | CRESCIMENTO EXCELENTE |
| <i>Pseudomonas aeruginosa</i> | ATCC 27853 | CRESCIMENTO EXCELENTE |

CONCLUSÃO: PRODUTO APROVADO PARA USO EM LABORATÓRIO

CONTROLE DE QUALIDADE - DME
ALINE PELARIN – CRBM 18537