



FICHA DE ANÁLISE: AMH-A11016

DATA 07/11/2016

PRODUTO: MUELLER HINTON AGAR
LOTE: AMH-A11016
DATA DE FABRICAÇÃO: 10/16
VALIDADE: 10/18

ANÁLISE/ESPECIFICAÇÃO
PH: 7.3 +/-0,2 A 25°C

RESULTADOS
7,36

ESTERILIDADE: AUSÊNCIA DE
CRESCIMENTO APÓS 7 DIAS EM
QUARENTENA E 48H DE
INCUBAÇÃO A TEMPERATURA
35°C +/- 2°C.

DE ACORDO

TESTE DE PROMOÇÃO DE CRESCIMENTO A 35°C DURANTE 24-48 HORAS:

Escherichia coli ATCC 25922
Staphylococcus aureus ATCC 25923
Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853

CRESCIMENTO EXCELENTE
CRESCIMENTO EXCELENTE
CRESCIMENTO EXCELENTE

CONCLUSÃO: PRODUTO APROVADO PARA USO EM LABORATÓRIO

P/


KARINA DE CAMPOS SALLES – CRBM 12001
Controle de qualidade - DME