



FICHA DE ANALISE: AS-B10117

DATA 24/01/2017

**PRODUTO: AGAR SANGUE**  
**LOTE: AS-B10117**  
**DATA DE FABRICAÇÃO: 01/17**  
**VALIDADE: 01/19**

**ANALISE/ESPECIFICAÇÃO**  
**PH: 7.3 +/-0,2 A 25°C**

**RESULTADOS**  
**7,29**

**ESTERILIDADE: AUSENCIA DE**  
**CRESCIMENTO APOS 7 DIAS**  
**DE QUARENTENA E 48H DE INCUBAÇÃO**  
**A TEMPERATURA 35°C+/-2°C.**

**DE ACORDO**

**TESTE DE PROMOÇÃO DE CRESCIMENTO A 35°C DURANTE 24-48 HORAS:**

**Escherichia coli ATCC 25922**  
**Staphylococcus aureus ATCC 25923**  
**Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853**

**CRESCIMENTO EXCELENTE**  
**CRESCIMENTO EXCELENTE**  
**CRESCIMENTO EXCELENTE**

**CONCLUSÃO: PRODUTO APROVADO PARA USO EM LABORATÓRIO**

**Controle de qualidade – DME**  
**KARINA DE CAMPOS SALLES – CRBM 12001**