



FICHA DE ANÁLISE: AMA-A11117

DATA 05/12/2017

PRODUTO DME: MAC CONKEY AGAR
LOTE: AMA-A11117
FABRICAÇÃO: 11/17
VALIDADE: 11/19

ANÁLISE/ESPECIFICAÇÃO
PH: 7.1 +/-0,2 A 25°C

RESULTADOS
7,17

ESTERILIDADE: AUSÊNCIA DE
CRESCIMENTO APÓS 15 DIAS EM
QUARENTENA E 48 H DE INCUBAÇÃO
A TEMPERATURA 35°C+/-2°C.

DE ACORDO

TESTE DE PROMOÇÃO DE CRESCIMENTO A 35°C DURANTE 24- 48 HORAS:

Escherichia coli

ATCC 25922

CRESCIMENTO EXCELENTE

Pseudomonas aeruginosa

ATCC 27853

CRESCIMENTO EXCELENTE

CONCLUSÃO: PRODUTO APROVADO PARA USO EM LABORATÓRIO

Controle de qualidade - DME
Aline Pelarín – CRBM 18537