



FICHA DE ANÁLISE: AMA-B10418

DATA 10/05/2018

PRODUTO DME: MAC CONKEY AGAR
LOTE: AMA-B10418
FABRICAÇÃO: 04/18
VALIDADE: 04/20

ANÁLISE/ESPECIFICAÇÃO
PH: 7.1 +/-0,2 A 25°C

RESULTADOS
7,18

ESTERILIDADE: AUSÊNCIA DE
CRESCIMENTO APÓS 14 DIAS EM
QUARENTENA E 48 H DE INCUBAÇÃO
A TEMPERATURA 35°C+/-2°C.

DE ACORDO

TESTE DE PROMOÇÃO DE CRESCIMENTO A 35°C DURANTE 24- 48 HORAS:

Escherichia coli

ATCC 25922

CRESCIMENTO EXCELENTE

Pseudomonas aeruginosa

ATCC 27853

CRESCIMENTO EXCELENTE

CONCLUSÃO: PRODUTO APROVADO PARA USO EM LABORATÓRIO

Controle de Qualidade - DME
Karina de Campos Salles – CRBM 12001