



FICHA DE ANÁLISE: AMA-B10520

DATA 04/06/2020

PRODUTO DME: MAC CONKEY AGAR
LOTE: AMA-B10520
FABRICAÇÃO: 05/20
VALIDADE: 05/22

ANÁLISE/ESPECIFICAÇÃO
PH: 7.1 +/-0,2 A 25°C

RESULTADOS
7,10

ESTERILIDADE: AUSÊNCIA DE
CRESCIMENTO APÓS 18 DIAS EM
QUARENTENA E 48 H DE INCUBAÇÃO
A TEMPERATURA 35°C+/-2°C.

DE ACORDO

TESTE DE PROMOÇÃO DE CRESCIMENTO A 35°C DURANTE 24- 48 HORAS:

<i>Escherichia coli</i>	ATCC 25922	CRESCIMENTO EXCELENTE
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	ATCC 27853	CRESCIMENTO EXCELENTE

CONCLUSÃO: PRODUTO APROVADO PARA USO EM LABORATÓRIO

Controle de Qualidade - DME
Karina de Campos Salles – CRBM 12001