



FICHA DE ANÁLISE: AMA-B11217

DATA 06/01/2018

PRODUTO DME: MAC CONKEY AGAR
LOTE: AMA-B11217
FABRICAÇÃO: 12/17
VALIDADE: 12/19

ANÁLISE/ESPECIFICAÇÃO
PH: 7.1 +/-0,2 A 25°C

RESULTADOS
7,19

ESTERILIDADE: AUSÊNCIA DE
CRESCIMENTO APÓS 30 DIAS EM
QUARENTENA E 48 H DE INCUBAÇÃO
A TEMPERATURA 35°C+/-2°C.

DE ACORDO

TESTE DE PROMOÇÃO DE CRESCIMENTO A 35°C DURANTE 24- 48 HORAS:

Escherichia coli

ATCC 25922

CRESCIMENTO EXCELENTE

Pseudomonas aeruginosa

ATCC 27853

CRESCIMENTO EXCELENTE

CONCLUSÃO: PRODUTO APROVADO PARA USO EM LABORATÓRIO

Controle de Qualidade - DME
Aline Pelarín – CRBM 18537