



FICHA DE ANÁLISE: AMH-A11117

DATA 07/12/2017

PRODUTO: MUELLER HINTON AGAR**LOTE: AMH-A11117****DATA DE FABRICAÇÃO: 11/17****VALIDADE: 11/19****ANÁLISE/ESPECIFICAÇÃO****PH: 7.3 +/-0,2 A 25°C****RESULTADOS****7,41****ESTERILIDADE: AUSÊNCIA DE
CRESCIMENTO APÓS 14 DIAS EM
QUARENTENA E 48H DE
INCUBAÇÃO A TEMPERATURA
35°C +/- 2°C.****DE ACORDO****TESTE DE PROMOÇÃO DE CRESCIMENTO A 35°C DURANTE 24-48 HORAS:****Escherichia coli ATCC 25922****CRESCIMENTO EXCELENTE****Staphylococcus aureus ATCC 25923****CRESCIMENTO EXCELENTE****Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853****CRESCIMENTO EXCELENTE****CONCLUSÃO: PRODUTO APROVADO PARA USO EM LABORATÓRIO****Controle de qualidade - DME****Aline Pelarin – CRBM 18537**