



FICHA DE ANÁLISE: AMH-B10617

DATA 17/06/2017

PRODUTO: MUELLER HINTON AGAR
LOTE: AMH-B10617
DATA DE FABRICAÇÃO: 06/17
VALIDADE: 06/19

ANÁLISE/ESPECIFICAÇÃO
PH: 7.3 +/-0,2 A 25°C

RESULTADOS
7,44

ESTERILIDADE: AUSÊNCIA DE
CRESCIMENTO APÓS 7 DIAS EM
QUARENTENA E 48H DE
INCUBAÇÃO A TEMPERATURA
35°C +/- 2°C.

DE ACORDO

TESTE DE PROMOÇÃO DE CRESCIMENTO A 35°C DURANTE 24-48 HORAS:

Escherichia coli ATCC 25922
Staphylococcus aureus ATCC 25923
Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853

CRESCIMENTO EXCELENTE
CRESCIMENTO EXCELENTE
CRESCIMENTO EXCELENTE

CONCLUSÃO: PRODUTO APROVADO PARA USO EM LABORATÓRIO

Controle de qualidade - DME
Karina de Campos Salles – CRBM 12001