



FICHA DE ANÁLISE: AMH-B11217

DATA 06/01/2018

**PRODUTO: MUELLER HINTON AGAR**  
**LOTE: AMH-B11217**  
**DATA DE FABRICAÇÃO: 12/17**  
**VALIDADE: 12/19**

**ANÁLISE/ESPECIFICAÇÃO**  
**PH: 7.3 +/-0,2 A 25°C**

**RESULTADOS**  
**7,41**

**ESTERILIDADE: AUSÊNCIA DE**  
**CRESCIMENTO APÓS 30 DIAS EM**  
**QUARENTENA E 48H DE**  
**INCUBAÇÃO A TEMPERATURA**  
**35°C +/- 2°C.**

**DE ACORDO**

**TESTE DE PROMOÇÃO DE CRESCIMENTO A 35°C DURANTE 24-48 HORAS:**

**Escherichia coli ATCC 25922**  
**Staphylococcus aureus ATCC 25923**  
**Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853**

**CRESCIMENTO EXCELENTE**  
**CRESCIMENTO EXCELENTE**  
**CRESCIMENTO EXCELENTE**

**CONCLUSÃO: PRODUTO APROVADO PARA USO EM LABORATÓRIO**

**Controle de Qualidade - DME**  
**Aline Pelarin – CRBM 18537**