



FICHA DE ANÁLISE: AS-B10318

DATA 05/04/2018

PRODUTO: AGAR SANGUE
LOTE: AS-B10318
DATA DE FABRICAÇÃO: 03/18
VALIDADE: 03/20

ANÁLISE/ESPECIFICAÇÃO
PH: 7.3 +/-0,2 A 25°C

RESULTADOS
7,37

ESTERILIDADE: AUSENCIA DE
CRESCIMENTO APÓS 11 DIAS
DE QUARENTENA E 48H DE INCUBAÇÃO
A TEMPERATURA 35°C+/-2°C.

DE ACORDO

TESTE DE PROMOÇÃO DE CRESCIMENTO A 35°C DURANTE 24-48 HORAS:

Staphylococcus aureus ATCC 25923
Escherichia coli ATCC 25922
Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853

CRESCIMENTO EXCELENTE
CRESCIMENTO EXCELENTE
CRESCIMENTO EXCELENTE

CONCLUSÃO: PRODUTO APROVADO PARA USO EM LABORATÓRIO

Controle de qualidade – DME
KARINA DE CAMPOS SALLES – CRBM 12001