



FICHA DE ANALISE: ASS-B10817

DATA: 31/08/2017

**PRODUTO: AGAR SALMONELLA SHIGELLA (SS)****LOTE: ASS-B10817****DATA DE FABRICAÇÃO: 08/17****VALIDADE: 08/19****ANALISE/ESPECIFICAÇÃO****PH: 7.0 +/-0,2 A 25°C****RESULTADOS****7,11****ESTERILIDADE: AUSÊNCIA DE  
CRESCIMENTO APÓS 7 DIAS DE  
QUARENTENA E 24-48 HORAS DE  
INCUBAÇÃO A TEMPERATURA  
35°C+/-2°C.****DE ACORDO****TESTE DE PROMOÇÃO DE CRESCIMENTO A 35°C DURANTE 24-48 HORAS:****Salmonella typhii ATCC 19430****CRESCIMENTO EXCELENTE****CONCLUSÃO: PRODUTO APROVADO PARA USO EM LABORATÓRIO****Controle de qualidade – DME****Aline Pelarin – CRBM 18537**