



FICHA DE ANÁLISE: AZUL CARBA

DATA: 13/02/2020

PRODUTO: AZUL CARBA
LOTE: AC10220
DATA DE FABRICAÇÃO: 02/20
VALIDADE: 08/20

ANÁLISE/ESPECIFICAÇÃO

Resultado/Obtido

Resultado/Esperado

PH AZUL DE BROMOTIMOL:

6,98

7,0 +/-0,02 A 25°C

ESTERILIDADE:

AZUL DE BROMOTIMOL EM MEIO TSB E TIOGLICOLATO,
PERÍODO DE INCUBAÇÃO 24-48H
TEMPERATURA 35°C +/- 2°C.

Resultado: AUSÊNCIA DE CRESCIMENTO**REAÇÃO QUALITATIVA:**

		Resultado/Obtido	Resultado/Esperado
<i>Klebsiella pneumoniae</i>	ATCC BAA 1705	POSITIVO	POSITIVO
<i>Stenotrophomonas maltophilia</i>	ATCC BAA 2423	POSITIVO	POSITIVO
<i>Citrobacter freundii</i>	ATCC 8090	POSITIVO	POSITIVO
<i>Escherichia coli</i>	ATCC 25922	NEGATIVO	NEGATIVO

CONCLUSÃO: PRODUTO APROVADO PARA USO EM LABORATÓRIO

Controle de qualidade – DME
Karina de Campos Salles – CRBM 12001