



FICHA DE ANÁLISE: CTIO-A10118

DATA: 31/01/2018

PRODUTO: THIOGLYCOLLATE BROTH
LOTE: CTIO-A10118
DATA DE FABRICAÇÃO: 01/18
VALIDADE: 01/20

ANÁLISE/ESPECIFICAÇÃO
PH: 7.2 +/-0,2 A 25°C

RESULTADOS
7,19

ESTERILIDADE: AUSÊNCIA DE
CRESCIMENTO APÓS 14 DIAS
DE INCUBAÇÃO A TEMPERATURA
35°C +/- 2°C.

DE ACORDO

TESTE DE PROMOÇÃO DE CRESCIMENTO A 35°C DURANTE 24-48 HORAS:

| | | |
|---------------------------------|------------|------------------------------|
| <i>Staphylococcus aureus</i> | ATCC 6538 | CRESCIMENTO EXCELENTE |
| <i>Aspergillus brasiliensis</i> | NCPF 2275 | CRESCIMENTO EXCELENTE |
| <i>Candida albicans</i> | ATCC 10231 | CRESCIMENTO EXCELENTE |
| <i>Bacillus subtilis</i> | ATCC 6633 | CRESCIMENTO EXCELENTE |
| <i>Pseudomonas aeruginosa</i> | ATCC 27853 | CRESCIMENTO EXCELENTE |

CONCLUSÃO: PRODUTO APROVADO PARA USO EM LABORATÓRIO

Controle de qualidade – DME
Aline Pelarin – CRBM 18537