



FICHA DE ANÁLISE: CTIO-A10917

DATA: 07/10/2017

PRODUTO: THIOGLYCOLLATE BROTH**LOTE: CTIO-A10917****DATA DE FABRICAÇÃO: 09/17****VALIDADE: 09/19****ANÁLISE/ESPECIFICAÇÃO****PH: 7.2 +/-0,2 A 25°C****RESULTADOS****7,19****ESTERILIDADE: AUSÊNCIA DE
CRESCIMENTO APÓS 14 DIAS
DE INCUBAÇÃO A TEMPERATURA
35°C +/- 2°C.****DE ACORDO****TESTE DE PROMOÇÃO DE CRESCIMENTO A 35°C DURANTE 24-48 HORAS:**

Staphylococcus aureus ATCC 6538
Aspergillus brasiliensis NCPF 2275
Candida albicans ATCC 10231
Bacillus subtilis ATCC 6633
Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853

CRESCIMENTO EXCELENTE
CRESCIMENTO EXCELENTE
CRESCIMENTO EXCELENTE
CRESCIMENTO EXCELENTE
CRESCIMENTO EXCELENTE

CONCLUSÃO: PRODUTO APROVADO PARA USO EM LABORATÓRIO

Controle de qualidade – DME
Aline Pelarin – CRBM 18537