



RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC
(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)

SAL: ESTREPTOMICINA DISCO COM 300 ug (EST 300)

LOTE: 2626ESTHL FABRICAÇÃO: 11/17 VALIDADE: 11/19

TESTE QUALITATIVO

	Valor obtido	Valor Esperado
Enterococcus faecalis ATCC 29212	20,0 mm	(14- 20 mm)
Homogeneidade: de acordo	1,0 mm	≤ 2,5 mm

Informações adicionais:

- Utilizou-se meio Mueller Hinton agar – DIFCO, lote 6209540 com validade em 30/11/2018.
- Manter os discos de Estreptomicina entre +2°C a +8°C. Utilizar no máximo em 30 dias após a abertura do frasco. Proteger da luz e umidade.

Araçatuba, 23 de Novembro de 2017.

CONTROLE DE QUALIDADE
Aline Pelarin – CRBM 18537