



FICHA DE ANÁLISE: HAT10818

DATA: 12/09/2018

PRODUTO: CALDO HEMOCULTURA ADULTO
LOTE: HAT10818
DATA DE FABRICAÇÃO: 08/18
VALIDADE: 08/20

ANÁLISE/ESPECIFICAÇÃO
PH: 7.4 +/-0,2 A 25°C

RESULTADOS
7,49

ESTERILIDADE: AUSÊNCIA DE
CRESCIMENTO APÓS 19 DIAS DE
INCUBAÇÃO À TEMPERATURA
35°C +/-2°C.

DE ACORDO

TESTE DE PROMOÇÃO DE
CRESCIMENTO À 35°C ± 2°C
DURANTE 24-48 HORAS:

Staphylococcus aureus ATCC 25923
Escherichia coli ATCC 25922
Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853

CRESCIMENTO EXCELENTE
CRESCIMENTO EXCELENTE
CRESCIMENTO EXCELENTE

CONCLUSÃO: PRODUTO APROVADO PARA USO EM LABORATÓRIO

Controle de qualidade – DME
Karina de Campos Salles – CRBM 12001