



FICHA DE ANÁLISE: HAT11016

DATA: 31/10/2016

PRODUTO: CALDO HEMOCULTURA ADULTO  
LOTE: HAT11016  
DATA DE FABRICAÇÃO: 10/16  
VALIDADE: 10/18

ANÁLISE/ESPECIFICAÇÃO  
PH: 7.4 +/-0,2 A 25°C

RESULTADOS  
7,54

ESTERILIDADE: AUSÊNCIA DE  
CRESCIMENTO APÓS 14 DIAS DE  
INCUBAÇÃO À TEMPERATURA  
35°C +/-2°C.

DE ACORDO

TESTE DE PROMOÇÃO DE  
CRESCIMENTO À 35°C ± 2  
DURANTE 24-48 HORAS:

*Staphylococcus aureus* ATCC 25923  
*Escherichia coli* ATCC 25922  
*Pseudomonas aeruginosa* ATCC 27853

CRESCIMENTO EXCELENTE  
CRESCIMENTO EXCELENTE  
CRESCIMENTO EXCELENTE

CONCLUSÃO: PRODUTO APROVADO PARA USO EM LABORATÓRIO

P/

  
KARINA DE CAMPOS SALLES – CRBM 12001  
Controle de qualidade - DME