



FICHA DE ANÁLISE: HAT11018

DATA: 19/10/2018

**PRODUTO: CALDO HEMOCULTURA ADULTO****LOTE: HAT11018****DATA DE FABRICAÇÃO: 10/18****VALIDADE: 10/20****ANÁLISE/ESPECIFICAÇÃO****PH: 7.4 +/-0,2 A 25°C****RESULTADOS****7,49****ESTERILIDADE: AUSÊNCIA DE  
CRESCIMENTO APÓS 14 DIAS DE  
INCUBAÇÃO À TEMPERATURA  
35°C +/-2°C.****DE ACORDO****TESTE DE PROMOÇÃO DE  
CRESCIMENTO À 35°C ± 2°C  
DURANTE 24-48 HORAS:***Staphylococcus aureus* ATCC 25923*Escherichia coli* ATCC 25922*Pseudomonas aeruginosa* ATCC 27853**CRESCIMENTO EXCELENTE****CRESCIMENTO EXCELENTE****CRESCIMENTO EXCELENTE****CONCLUSÃO: PRODUTO APROVADO PARA USO EM LABORATÓRIO****Controle de qualidade – DME****Karina de Campos Salles – CRBM 12001**