



FICHA DE ANÁLISE: HPT10918

DATA: 29/09/2018

**PRODUTO: CALDO HEMOCULTURA PEDIÁTRICO**  
**LOTE: HPT10918**  
**DATA DE FABRICAÇÃO: 09/18**  
**VALIDADE: 09/20**

**ANALISE/ESPECIFICAÇÃO**  
**PH: 7.4 +/-0,2 A 25°C**

**RESULTADOS**  
**7,50**

**ESTERILIDADE: AUSÊNCIA DE**  
**CRESCIMENTO APÓS 14 DIAS**  
**DE INCUBAÇÃO A TEMPERATURA**  
**35°C+/-2°C.**

**DE ACORDO**

**TESTE DE PROMOÇÃO DE**  
**CRESCIMENTO A 35°C ± 2**  
**DURANTE 24- 48 HORAS:**

*Staphylococcus aureus* ATCC 25923  
*Escherichia coli* ATCC 25922  
*Pseudomonas aeruginosa* ATCC 27853

**CRESCIMENTO EXCELENTE**  
**CRESCIMENTO EXCELENTE**  
**CRESCIMENTO EXCELENTE**

**CONCLUSÃO: PRODUTO APROVADO PARA USO EM LABORATÓRIO**

**Controle de Qualidade – DME**  
**Karina de Campos Salles– CRBM 12001**