



FICHA DE ANÁLISE: HPT10317

DATA: 31/03/2017

PRODUTO: CALDO HEMOCULTURA PEDIÁTRICO
LOTE: HPT10317
DATA DE FABRICAÇÃO: 03/17
VALIDADE: 03/19

ANALISE/ESPECIFICAÇÃO
PH: 7.4 +/-0,2 A 25°C

RESULTADOS
7,60

ESTERILIDADE: AUSÊNCIA DE
CRESCIMENTO APÓS 14 DIAS
DE INCUBAÇÃO A TEMPERATURA
35°C+/-2°C.

DE ACORDO

TESTE DE PROMOÇÃO DE
CRESCIMENTO A 35°C ± 2
DURANTE 24- 48 HORAS:

Staphylococcus aureus ATCC 25923
Escherichia coli ATCC 25922
Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853

CRESCIMENTO EXCELENTE
CRESCIMENTO EXCELENTE
CRESCIMENTO EXCELENTE

CONCLUSÃO: PRODUTO APROVADO PARA USO EM LABORATÓRIO

Controle de Qualidade – DME
Karina de Campos Salles– CRBM 12001