



FICHA DE ANÁLISE: AMA-A11116

DATA 28/11/2016

PRODUTO DME: MAC CONKEY AGAR
LOTE: AMA-A11116
FABRICAÇÃO: 11/16
VALIDADE: 11/18

ANÁLISE/ESPECIFICAÇÃO
PH: 7.1 +/-0,2 A 25°C

RESULTADOS
7,19

ESTERILIDADE: AUSENCIA DE CRESCIMENTO
APOS 7 DIAS EM QUARENTENA E 48H DE
INCUBAÇÃO A TEMPERATURA 35°C+/-2°C.

DE ACORDO

TESTE DE PROMOÇÃO DE CRESCIMENTO A 35°C DURANTE 24-48 HORAS:

Escherichia coli

ATCC 25922

CRESCIMENTO EXCELENTE

Pseudomonas aeruginosa

ATCC 27853

CRESCIMENTO EXCELENTE

CONCLUSÃO: PRODUTO APROVADO PARA USO EM LABORATÓRIO

KARINA DE CAMPOS SALLES – CRBM 12001

Controle de qualidade - DME