



FICHA DE ANÁLISE: ASM-A10318

DATA 29/03/2018

**PRODUTO: AGAR MANITOL SALT**  
**LOTE: ASM-A10318**  
**DATA DE FABRICAÇÃO: 03/18**  
**VALIDADE: 03/20**

**ANÁLISE/ESPECIFICAÇÃO**  
**PH: 7.5 +/-0,2 A 25°C**

**RESULTADOS**  
**7,59**

**ESTERILIDADE: AUSÊNCIA DE**  
**CRESCIMENTO APÓS 14 DIAS EM**  
**QUARENTENA E 48H DE**  
**INCUBAÇÃO A TEMPERATURA**  
**35°C+/-2°C.**

**DE ACORDO**

**TESTE DE PROMOÇÃO DE CRESCIMENTO A 35°C DURANTE 24- 48 HORAS:**

**Staphylococcus aureus ATCC 25923**

**CRESCIMENTO EXCELENTE**

**CONCLUSÃO: PRODUTO APROVADO PARA USO EM LABORATÓRIO**

**Controle de qualidade – DME**  
**Karina de Campos Salles – CRBM 12001**