



FICHA DE ANALISE: ASM-A10417

DATA 06/05/2017

PRODUTO: AGAR MANITOL SALT
LOTE: ASM-A10417
DATA DE FABRICAÇÃO: 04/17
VALIDADE: 04/19

ANALISE/ESPECIFICAÇÃO
PH: 7.5 +/-0,2 A 25°C

RESULTADOS
7,50

ESTERILIDADE: AUSENCIA DE
CRESCIMENTO APOS 7 DIAS EM
QUARENTENA E 48H DE
INCUBAÇÃO A TEMPERATURA
35°C+/-2°C.

DE ACORDO

TESTE DE PROMOÇÃO DE CRESCIMENTO A 35°C DURANTE 24- 48 HORAS:

Staphylococcus aureus ATCC 25923

CRESCIMENTO EXCELENTE

CONCLUSÃO: PRODUTO APROVADO PARA USO EM LABORATÓRIO

Controle de qualidade – DME
KARINA DE CAMPOS SALLES – CRBM 12001