



FICHA DE ANÁLISE: ASM-A10718

DATA 03/08/2018

PRODUTO: AGAR MANITOL SALT
LOTE: ASM-A10718
DATA DE FABRICAÇÃO: 07/18
VALIDADE: 07/20

ANÁLISE/ESPECIFICAÇÃO
PH: 7.5 +/-0,2 A 25°C

RESULTADOS
7,56

ESTERILIDADE: AUSÊNCIA DE
CRESCIMENTO APÓS 15 DIAS EM
QUARENTENA E 48H DE
INCUBAÇÃO A TEMPERATURA
35°C+/-2°C.

DE ACORDO

TESTE DE PROMOÇÃO DE CRESCIMENTO A 35°C DURANTE 24- 48 HORAS:

Staphylococcus aureus ATCC 25923

CRESCIMENTO EXCELENTE

CONCLUSÃO: PRODUTO APROVADO PARA USO EM LABORATÓRIO

Controle de qualidade – DME
Karina de Campos Salles – CRBM 12001