



FICHA DE ANALISE: ASM-A11016

DATA 10/11/2016

PRODUTO: AGAR MANITOL SALT
LOTE: ASM-A11016
DATA DE FABRICAÇÃO: 10/16
VALIDADE: 10/18

ANALISE/ESPECIFICAÇÃO
PH: 7.5 +/-0,2 A 25°C

RESULTADOS
7,56

ESTERILIDADE: AUSENCIA DE
CRESCIMENTO APOS 7 DIAS EM
QUARENTENA E 48H DE
INCUBAÇÃO A TEMPERATURA
35°C+/-2°C.

DE ACORDO

TESTE DE PROMOÇÃO DE CRESCIMENTO A 35°C DURANTE 24- 48 HORAS:

Staphylococcus aureus ATCC 25923

CRESCIMENTO EXCELENTE

CONCLUSÃO: PRODUTO APROVADO PARA USO EM LABORATÓRIO

KARINA DE CAMPOS SALLES – CRBM 12001
Controle de qualidade - DME