



FICHA DE ANALISE: ASM-A11116

DATA 26/11/2016

**PRODUTO: AGAR MANITOL SALT**  
**LOTE: ASM-A11116**  
**DATA DE FABRICAÇÃO: 11/16**  
**VALIDADE: 11/18**

**ANALISE/ESPECIFICAÇÃO**  
**PH: 7.5 +/-0,2 A 25°C**

**RESULTADOS**  
**7,54**

**ESTERILIDADE: AUSENCIA DE**  
**CRESCIMENTO APOS 7 DIAS EM**  
**QUARENTENA E 48H DE**  
**INCUBAÇÃO A TEMPERATURA**  
**35°C+/-2°C.**

**DE ACORDO**

**TESTE DE PROMOÇÃO DE CRESCIMENTO A 35°C DURANTE 24- 48 HORAS:**

**Staphylococcus aureus ATCC 25923**

**CRESCIMENTO EXCELENTE**

**CONCLUSÃO: PRODUTO APROVADO PARA USO EM LABORATÓRIO**

**KARINA DE CAMPOS SALLES – CRBM 12001**  
**Controle de qualidade - DME**