

RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC
(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)

SAL: PENICILINA G DISCO COM 10 UI (PEN 10)

LOTE: 2677PEN FABRICAÇÃO: 05/18 VALIDADE: 05/20

TESTE QUALITATIVO

	Valor obtido	Valor Esperado
Staphylococcus aureus ATCC 25923	37,0 mm	(26 - 37 mm)
Homogeneidade: de acordo	0,5 mm	≤ 2,5 mm

Informações Adicionais:

- Utilizou-se Mueller Hinton Agar –DIFCO, lote 7348829 com validade em 31/03/2020.
- Manter os discos de PENICILINA G entre -20°C a +8°C. Utilizar no máximo em 30 dias após a abertura do frasco. Proteger da luz e umidade.

Araçatuba, 16 de Maio de 2018.



CONTROLE DE QUALIDADE
Karina de Campos Salles – CRBM 12001