

CERTIFICADO DE ANÁLISE**POLISENSIDISC 12 - DME****ENTEROBACTERIACEAE NÃO URINÁRIO LOTE PENUDME20218 FAB. 02/18 VAL. 02/19**

Antibacteriano	Potência/ Código	Lote Sensidisc	Staphylococcus aureus ATCC 25923		Escherichia coli ATCC 25922 (1)		Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853		Escherichia coli ATCC 35218 (2)	
			Halo	Halo/ esperado (mm)	Halo	Halo/ esperado (mm)	Halo/ esperado (mm)	Halo/ esperado (mm)	Halo	Halo/ esperado (mm)
Ampicilina	AMP 10	2638AMP	34,0	27-35	22,0	15-22	-	-	-	-
Aztreonam	ATM 30	2628ATM	-	-	35,0	28-36	28,0	23-29	36,0	31-38
Cefazolina	CFZ 30	2614CFZ	33,0	29-35	26,0	21-27	-	-	-	-
Cefepime	CPM 30	2591CPM	28,0	23-29	36,5	31-37	30,0	24-31	-	-
Cefoxitina	CFO 30	2584CFO	29,0	23-29	29,0	23-29	-	-	-	-
Ceftriaxona	CRO 30	2622CRO	25,0	22-28	34,0	29-35	21,0	17-23	-	-
Ciprofloxacina	CIP 05	2624CIP	27,5	22-30	37,0	29-37	32,5	25-33	-	-
Cloranfenicol	CLO 30	2600CLO	24,5	19-26	25,0	21-27	-	-	-	-
Gentamicina	GEN 10	2620GEN	25,0	19-27	24,0	19-26	20,5	17-23	-	-
Piperacilina/Tazobactam	PIT 110	2609PIT	34,0	27-36	30,0	24-30	32,0	25-33	29,0	24-30
Sulfazotrim	SUT 25	2610SUT	30,0	24-32	28,0	23-29	-	-	-	-
Tetraciclina	TET 30	2639TET	29,0	24-30	24,0	18-25	-	-	-	-

Informações adicionais:**- Meio utilizado:** Mueller Hinton Agar - DIFCO, lote 7193688 com validade em 31/10/2019.

Araçatuba, 02 de Março de 2018.

Controle de Qualidade – DME
Karina de Campos Salles - CRBM 12001