

CERTIFICADO DE ANÁLISE**POLISENSIDISC DME****ESBL - LOTE: PESBL10718 FAB. 07/18 VAL. 07/19**

Antibacterianos	Lote/ Sensidisc	Potência /Código	Staphylococcus aureus ATCC 25923		Escherichia coli ATCC 25922 (1)		Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853		Escherichia coli ATCC 35218 (2)	
			Halo/esperado (mm)		Halo/esperado (mm)		Halo/esperado (mm)		Halo/esperado (mm)	
Amoxicilina/Ác. Clavulânico	2667AMC	AMC 30	36,0	28-36	24,0	18-24	-	-	20,5	17-22
Aztreonam	2672ATM	ATM 30	-	-	35,0	28-36	28,0	23-29	36,0	31-38
Cefotaxima	2579CTX	CTX 30	29,0	25-31	34,0	29-35	21,0	18-22	-	-
Ceftazidima	2657CAZ	CAZ 30	20,0	16-20	31,0	25-32	29,0	22-29	-	-
Ceftriaxona	2660CRO	CRO 30	26,0	22-28	34,0	29-35	21,0	17-23	-	-

Informações Adicionais:

- **Meio utilizado:** Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 7363834 com validade em 31/03/2020.

Araçatuba, 04 de Julho de 2018.

Controle de Qualidade – DME
Karina de Campos Salles - CRBM 12001