

**CERTIFICADO DE ANÁLISE****POLISENSIDISC 12 - DME****ENTEROCOCCUS SPP (ETC) LOTE PETCDME10119 FAB. 01/19 VAL. 01/20**

Antibacteriano	Potência/ Código	Lote Sensidisc	Staphylococcus aureus ATCC 25923		Enterococcus faecalis ATCC 29212	
			Halo	Halo/esperado (mm)	Halo	Halo/esperado (mm)
Ampicilina	AMP 10	2715AMP	<b>35,0</b>	27-35	-	-
Ciprofloxacina	CIP 05	2716CIP	<b>27,5</b>	22-30	-	-
Estreptomicina	EST 300	2626ESTHL	-	-	<b>20,0</b>	14-20
Gentamicina	GEN 120	2633GENHL	-	-	<b>22,0</b>	16-23
Levofloxacina	LEV 05	2698LEV	<b>29,0</b>	25-30	-	-
Linezolida	LNZ 30	2728LNZ	<b>31,0</b>	25-32	-	-
Nitrofurantoína	NIT 300	2694NIT	<b>21,5</b>	18-22	-	-
Norfloxacina	NOR 10	2684NOR	<b>26,0</b>	17-28	-	-
Penicilina G	PEN 10	2677PEN	<b>37,0</b>	26-37	-	-
Teicoplanina	TEC 30	2685TEC	<b>20,0</b>	15-21	-	-
Tetraciclina	TET 30	2712TET	<b>30,0</b>	24-30	-	-
Vancomicina	VAN 30	2711VAN	<b>20,5</b>	17-21	-	-

**Informações Adicionais:**

- **Meio utilizado:** Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 8092812 com validade em 30/06/2020.

Araçatuba, 30 de Janeiro de 2019.

Controle de Qualidade – DME  
Karina de Campos Salles - CRBM 12001