

CERTIFICADO DE ANÁLISE**POLISENSIDISC 12 - DME****ENTEROCOCCUS SPP (ETC) LOTE PETCDME10319 FAB. 03/19 VAL. 03/20**

Antibacteriano	Potência/ Código	Lote Sensidisc	Staphylococcus aureus ATCC 25923		Enterococcus faecalis ATCC 29212	
			Halo	Halo/esperado (mm)	Halo	Halo/esperado (mm)
Ampicilina	AMP 10	2715AMP	35,0	27-35	-	-
Ciprofloxacina	CIP 05	2744CIP	28,0	22-30	-	-
Estreptomicina	EST 300	2740ESTHL	-	-	20,0	14-20
Gentamicina	GEN 120	2741GENHL	-	-	22,0	16-23
Levofloxacina	LEV 05	2698LEV	30,0	25-30	-	-
Linezolida	LNZ 30	2728LNZ	32,0	25-32	-	-
Nitrofurantoína	NIT 300	2694NIT	22,0	18-22	-	-
Norfloxacina	NOR 10	2734NOR	26,0	17-28	-	-
Penicilina G	PEN 10	2677PEN	37,0	26-37	-	-
Teicoplanina	TEC 30	2685TEC	20,0	15-21	-	-
Tetraciclina	TET 30	2712TET	30,0	24-30	-	-
Vancomicina	VAN 30	2711VAN	21,0	17-21	-	-

Informações Adicionais:

- **Meio utilizado:** Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 8092812 com validade em 30/06/2020.

Araçatuba, 07 de Março de 2019.

Controle de Qualidade – DME
Karina de Campos Salles - CRBM 12001